

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: DI-2/PJ/OVZ/2012

dne: 17. října 2012

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „*CR Haná – Přístrojové vybavení laboratoří Centra aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin*“, uveřejněné v IS VZ US pod evid. č.: 225248, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Prosím o dodatečnou informaci k:

b) univerzální stolní chlazená centrifuga:

1x úhlový rotor z nerezové oceli s nerezovým víkem (příp. nerezových slitin) na min. 6x 15/50 ml zkumavky Falcon, RCF min. 16.000 x g.

Otázka: může rotor splňovat min. 15.550 x g a možnost použití adapterů pro 15 a 50 ml zkumavky Falcon?

Odpověď:

Ano, zadavatel tuto možnost připouští.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky